Prüfplan

((Code: 05.02.06.02, Version: 04.00)

Anschrift der Trichinenuntersuchungsstelle: Tierarztpraxis H. Röhler
Giengener Straße 21
07937 Zeulenroda-Triebes

Angewendete Methode:
(Bitte ankreuzen!):

☒ Magnetrührverfahren ☐ Automatisches Verdauungsverfahren („Trichomatic 35“) (1)

Pepsin: Hersteller und Charge:
Opopharma, 780A0426

Unter-suchungsdatum	Beginn und Ende der Unter-suchung (3)	Anzahl der Proben	Proben-identifikation: (2) a) WUS Nr.: b) Trichinen-probenbegleit-schein-Nr.: c) Schlacht-Nr.: d) andere Tierart	Einwaage Proben-material Tierart in g	Einwaage Füll-material Tierart in g	Ansatz (100 g) (HS bis 115 g) 2 l Wasser, 16 ml HCl, 10 g Pepsin	Ansatz (50 g) (HS u. WS) 1 l Wasser, 8 ml HCl, 5 g Pepsin	Untersu-chungs-ergebnis negativ	Untersu-chungs-ergebnis positiv	autom. Freigabe	Anmerkungen/ Gewebe-rückstand auf dem Sieb in g (3)	Ge-webe-rück-stand < 5% (4)	Unter-sucher
25.09.2026	10.30-12.	1	263455	5 ws	10	x		☒	☐	X	4,6	☒	LR
		1	263456	5 ws				☒	☐	X			
		1	263457	5 ws				☒	☐	X			
		1	263458	5 ws				☒	☐	X			
		1	263459	5 ws				☒	☐	X			
		1	263460	5 ws				☒	☐	X			

erstellt am: 11.09.2026

		1	263438	5 ws				☒	☐	X			
		1	262630	5 ws				☒	☐	X			
		1	269537	5 ws				☒	☐	X			
		1	269079	5 ws				☒	☐	X			
		1	263241	5 ws				☒	☐	X			
		1	263242	5 ws				☒	☐	X			
		1	263454	5 ws				☒	☐	X			
		1	263239	5 ws				☒	☐	X			
		1	263240	5 ws				☒	☐	X			
		1	269564	5 ws				☒	☐	X			
		1	269315	5 ws				☒	☐	X			
		1	213927	5 ws				☒	☐	X			
		1		5				☐	☐	X			
		1		5				☐	☐	X			

HS...Hausschwein ***WS...Wildschwein*** ***HCl...Salzsäure (25%ig)***

(1) Austausch des Karbonfilters (Polycarbonat-Membranfilter) in Anmerkungen dokumentieren (s. Nr. 4.3 der VA „Anforderungen an die Trichinenuntersuchungsstellen“ (Code: 05.02.03))

(2) eindeutiger Rückschluss auf Einzelproben muss möglich sein (ggf. durch Zuordnung von WUS-Nrn., Trichinenprobenbegleitschein-Nrn. o. Ä. zum Ansatz in separater Dokumentation)

(3) inkl. Einwaage, Aufschluss, Auswaage und mind. 5 min je mikroskopische Untersuchung

(4) bei jeder Untersuchung, neuer Pepsincharge und Laborvergleichsuntersuchung (LVU) ist eine Verifizierung durchzuführen (Geweberückstand ≤5% der Einwaage) und zu dokumentiert